ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย

NATIONAL BLOOD CENTRE, THAI RED CROSS SOCIETY

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product:	**Anti-c**	**Lot No.**	**64020**
Source of Material:	**Monoclonal antibody**	**Mfg. Date**	**16 MAR 21**
Volume	**5 mL**	**Exp. Date**	**16 SEP 22**

Test Items	Specifications	Results
1. Appearance	Clear liquid No turbidity, precipitate, particle or gel formation	Complied
2. Label	Complete, Correct and Clear	Complied
3. pH	6.50 – 7.50	Complied
4. Titer	R_1r cell ≥ 1:32	Complied
5. Specificity test	R_1r cell ≥ 2+ R_1R_2 cell ≥ 2+ r'r cell ≥ 2+ R_1R_1 cell = Negative	Complied
6. Microbial enumeration	NMT 1.0 CFU/mL	Complied

Thiti_B. Date 05/05/2564

(Thitiphorn Bhakbhumpong)

Quality Control Manager

National Blood Centre, Thai Red Cross Society