ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย

NATIONAL BLOOD CENTRE, THAI RED CROSS SOCIETY

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product:	Anti-B	Lot No.	64011
Source of Material:	Monoclonal antibody	Mfg. Date	05 MAY 21
Volume	10 mL	Exp. Date	05 NOV 22

Test Items	Specifications	Results
1. Appearance	Clear liquid dyed yellow No turbidity, precipitate, particle or gel formation	Complied
2. Label	Complete, Correct and Clear	Complied
3. pH	6.50 – 7.50	Complied
4. Titer	B cell ≥ 1:256 A_1B cell ≥ 1:128	Complied
5. Specificity test	B cell = 4+ A_1B cell = 4+ A_1 cell = Negative O cell = Negative	Complied
6. Avidity test	B cell < 6 sec A_1B cell < 6 sec	Complied
7. Microbial enumeration	NMT 1.0 CFU/mL	Complied

Thiti_B. Date 31/05/2564

(Thitiphorn Bhakbhumpong)

Quality Assurance and Quality Control Manager

National Blood Centre, Thai Red Cross Society